



PARECER TÉCNICO/SES/SJ/NATJUS Nº 0309/2022

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2022.

Processo nº 0010631-55.2021.8.19.0036,
ajuizado por

O presente parecer visa atender à solicitação de informações técnicas da 2ª Vara Cível da Comarca de Nilópolis do Estado do Rio de Janeiro quanto aos aparelhos auditivos da marca Phonak modelo Audéo™ M70 - 312.

I – RELATÓRIO

1. Para elaboração deste Parecer Técnico foi considerado o documento médico em impresso próprio (fl.29) emitido em 05 de outubro de 2021 pela médica e relatório de teste de prótese auditiva em impresso da Audium (fl.60) emitido em 09 de novembro de 2021 pela fonoaudióloga . Em síntese, trata-se de Autora, 85 anos de idade, já usuária de aparelho auditivo há 05 anos, apresenta comprometimento auditivo significativo, humor depressivo e alucinações auditivas. De acordo com avaliação audiométrica, foram selecionadas as **próteses auditivas para uso bilateral**. Realizado teste com o modelo **Audéo™ M70 – 312** para ambas as orelhas. O modelo selecionado atendeu às necessidades auditivas, de estética e conforto da Autora. Solicitada pela médica assistente avaliação otorrinolaringológica o mais breve possível.

II- ANÁLISE / DA LEGISLAÇÃO / DO QUADRO CLÍNICO / DO PLEITO

Conforme PARECER TÉCNICO/SES/SJ/NATJUS Nº 2883/2021, acostado às folhas 118-125, emitido em 15 de dezembro de 2021.

III – CONCLUSÃO

Em resposta à Intimação Judicial (fl. 184) seguem as informações:

1. Primeiramente, sobre os **aparelhos de amplificação sonora individual (AASI)**, informa-se que a adaptação é realizada pelo fonoaudiólogo no centro auditivo público e privado. A partir das avaliações otorrinolaringológica e audiológica, é definido o tipo de AASI a ser utilizado, assim como o tipo de molde. A adaptação é feita seguindo os resultados da audiometria mais recente. Existem exames que podem ser realizados após a adaptação do AASI caso seja necessário. Após a adaptação é realizada a audiometria em campo livre para avaliar o ganho funcional do aparelho¹.

- Tipos de adaptação¹:

¹ UFMG. Grupo de reabilitação auditiva e orientações da UFMG. Faculdade de Medicina. Guia para usuários de prótese auditiva. Disponível em: < https://www.medicina.ufmg.br/fon/wp-content/uploads/sites/26/2020/11/cartilha_usu%C3%A1rio_aparelhosauditivos-05-11-2020.pdf>. Acesso em: 24 fev. 2022.



- ✓ **Adaptação fechada:** É aquela onde o canal auditivo externo fica praticamente fechado, para isso utiliza-se o molde.
 - ✓ **Tipos de moldes:** concha, concha escavada, canal, canal com ventilação meia concha, invisível simples, invisível duplo e molde aberto.
- Para **confeccionar o molde** é realizado primeiro o pré-molde onde o fonoaudiólogo insere a massa de pré-moldagem no conduto auditivo do paciente, aguarda alguns minutos até a secagem desta, remove e envia para o protético que fará a moldagem em laboratório especializado. Para realizar este processo é necessário que o conduto esteja livre, sem obstrução de cera¹.
 - A **troca do molde** deve ser feita quando este apresentar avaria ou mudança de limiar auditivo (aumento da perda auditiva). Ou de acordo com o crescimento do canal auditivo em crianças. A mangueira acoplada ao molde também deve ser trocada a cada 3 meses ou quando estiver ressecada¹.
2. Por fim, sobre o **aparelho auditivo da marca Phonak modelo Audéo™ M70 – 312**, foi entrado em contato, via e-mail (ANEXO I), onde o fabricante relatou “... *É necessário sim fazer a moldagem.*”.

É o parecer.

À 2ª Vara Cível da Comarca de Nilópolis do Estado do Rio de Janeiro para conhecer e tomar as providências que entender cabíveis.

MARIZA DE QUEIROZ SANTA MARTA

Enfermeira
COREN-RJ: 150.318
ID: 4439723-2

RAMIRO MARCELINO RODRIGUES DA SILVA

Assistente de Coordenação
ID. 512.3948-5
MAT. 3151705-5

FLÁVIO AFONSO BADARÓ

Assessor-chefe
CRF-RJ: 10.277
ID: 436.475-02

Secretaria de
Saúde



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Subsecretaria Jurídica
Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde

ANEXO I

Obrigada por contatar a Phonak.

O Phonak Audéo Marvel foca naquilo que você espera de um aparelho auditivo de primeira classe – uma experiência de som rico e claro. Combinado com uma tecnologia moderna, é um aparelho auditivo multifuncional capaz de transmitir amor ao primeiro som.

É necessário sim fazer a moldagem. Temos recarregável e a pilha.

Estamos à disposição.

Adriana Silva
Serviço de Atendimento ao Cliente

Amor ao primeiro som

Não é apenas um aparelho auditivo.
É o multifuncional Marvel.

Saiba mais



Telefone: 0800 701 8105
WhatsApp: (11) 3164-9384
E-mail: fale.conosco@phonak.com
Website: www.phonak.com.br